

# 全数検査装置のベーシック機種 ピロー包装 漏れ試験を完全自動化

## MSQ-2000 series

NEW

### リーク不良検査に最適

共同開発により実践的な機構を実現

大手製薬メーカーとの  
コラボレーション

Point  
1

#### 処理能力 60個/分～

※検査対象、試験条件、計測時間、包装機の処理能力によります。

Point  
2

#### スリムな省スペース設計

W2,400 × D1,000 × H2,100mm

Point  
3

#### CSVカテゴリー3に対応

Point  
4

#### GMP/バリデーション対応 データインテグリティ対応

- 包装工程のリーク試験を自動化
- ラインを止めずにNG品を自動排出
- バリア性を確認（水蒸気・酸素・細菌など）
- 完全国内生産だから安心



USP<1207>、JIS Z 2332:2012に準拠

検査対象例

### ピロー包装、ボトル、バイアルなど

仕様はお打合せにて決定致します。小さな孔径への対応可能です。

実験のご相談やデモ機の実演等、お気軽にお問い合わせください。

製品動画（特別公開）

株式会社 **フクダ**

〒176-0021 東京都練馬区貫井3-16-5  
 本社/営業企画課 TEL 050-3540-3269  
 E-mail : leaktest@fukuda-jp.com (担当:岩崎)

<https://www.fukuda-jp.com/>

<https://www.youtube.com/watch?v=ArpknETHHas>

