

遠心機の安全な取り扱い方法



日時

2022年 5月 25日 [水] 13:30 ~ 14:00

演者

村山 宗司

ベックマン・コールター株式会社 ライフサイエンス
バイオテクノロジー事業本部 遠心機 シニアアプリケーション スペシャリスト

遠心機は様々な実験で前処理や精製に使用される馴染みの深い装置ですが、シンプルな装置であるがゆえに、誤った使い方をされるケースが多く見受けられます。

遠心機本体やロータ等を正しく取り扱わないと、ロータの事故につながり、装置の復旧に多大な時間と費用を要してしまいます。遠心機の故障により使用できなくなると、計画していた多くの実験が中断され、プロジェクトの遅延に繋がりがねません。このような事故を未然に防止するためには、遠心機を安全に取り扱うための正しい知識と理解が必要です。

本セミナーでは、遠心機ならびにロータの安全な取り扱いに関する重要なポイント、メンテナンス方法、定期点検と法令等についてご紹介いたします。

視聴登録はこちら

<https://bit.ly/3JfqB5P>



※セミナー終了後、1~2週間後よりオンデマンド配信を行います。
当日ご都合がつかない場合も、ぜひご登録ください。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

ベックマン・コールター株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 ☎ 03-6745-4704

e-mail bckk_ls_web@beckman.com URL <https://www.beckman.jp>

本内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

C22h0483a

MAPSS-LS-202204-28